DIVISIÓN DESPACHO ADMINISTRATIVO H.P.D.D.G.R.
Corresponde Expediente Nº 802-001761-2024 Fs. 38

GOBIERNO DE LA PROVINCIA

SAN JUAN

1296

ANEXO II (Artículo 2°)
Pliego de Especificaciones Técnicas

Organismo contratante	Hospital Público Descentralizado Dr. Guillermo Rawson
Jurisdicción	2.10.1 Hospital Público Descentralizado Dr. Guillermo Rawson
CUIT	30-70949057-1
Domicilio	Av. Rawson 494 (Sur) Capital, Provincia de San Juan
Sitio web del Hospital	www.hospitalrawson.sanjuan.gob.ar
Portal de Compras Públicas	www.compraspublicas.sanjuan.gob.ar
Domicilio electrónico especial	comprahgr@gmail.com
Teléfonos de Depto. Compras	0264 4294700 interno 3007-3008
Procedimiento	CONTRATACION DIRECTA
Modalidad	PLURIPROPONENTE
Expediente	802-001761-2024
Objeto	Calibración de equipamiento médico hospitalario
Destino	Servicio de Ingeniería Clínica
Apertura de Ofertas	
Fecha y Hora	
Lugar	Departamento de Compras del Hospital Público Descentralizado Dr. Guillermo Rawson, Av. Rawson 494 (Sur) Capital, Provincia de San Juan

1. FORMULARIO PRESENTACION DE OFERTAS

Fecha:
Nombre del Oferente:
CUIT:

Rn.	Cant.	Forma	Descripción	Marca	Unitario	Total
1	1	UNID.	Calibración de Multímetro Fluke: Certificado de calibración de multímetro con todos los parámetros del equipo inclusive temperatura de 0 a 30°C. Certificado otorgado por cualquier laboratorio con INTI SAC o IEC 17025.			
2	1	UNID.	Calibración de Tacómetro óptico HEPTA: Calibración de revoluciones de 100 a 6000 RPM. Certificado otorgado por cualquier laboratorio con INTI SAC o IEC 17025			
3	1	UNID.	Calibración de Conductímetro LUTRON: Calibración en rango bajo en el orden de los 10µS y en 13.8 mS. Con calibración de temperatura en el rango de 37.6°C.			
4	1	UNID.	Calibración de Analizador de monitores PROSIM 8 de FLUKE: Certificado de contrastación otorgado por fabricante o Importador u organismo con INTI SAC o IEC 17025			
5	1	UNID.	Calibración de Analizador de Seguridad eléctrica: Certificado de contrastación otorgado por fabricante o Importador u organismo con INTI SAC o IEC 17025			

6	1	UNID.	Calibración de Analizador de cardiodesfibrilador: Certificado de contrastación otorgado por fabricante o Importador u organismo con INTI SAC o IEC 17025			
7	1	UNID.	Calibración de Balanza analítica: de 0a 200gr. Certificado de contrastación otorgado por fabricante o Importador u organismo con INTI SAC o IEC 17025			
8	1	UNID.	Calibración de Analizador de electrobisturí: Certificado de contrastación otorgado por fabricante o Importador u organismo con INTI SAC o IEC 17025			
9	1	UNID.	Calibración de Sonómetro y luxómetro. Certificado de contrastación otorgado por fabricante o Importador u organismo con INTI SAC o IEC 17025			
10	1	UNID.	Calibración de Balómetro y micromanómetro integrado			
11	1	UNID.	Calibración de medidor de partículas láser en 0.3 - 0.5 y 1 µm			
12	1	UNID.	Calibración muestrador microbiológico (aéreo biocolector) marca Biomeriux Modelo air ideal 3P. NS 110171			
13	1	UNID.	Anemómetro de hilo caliente marca KIMO intruments, Modelo VT 100 NS 12074956.			
					TOTAL	

Plazo de entrega:

2. CONDICIONES ACCESORIAS

Condiciones Accesorias: El oferente podrá proponer otras presentaciones que serán puestas a consideración de la Comisión de Evaluaciones siempre y cuando no distorsionen el objeto del presente llamado.

Observaciones: No completar en este Anexo, sólo firmar como parte del pliego y presentar el detalle en la oferta económica. No olvide detallar marcas cuando corresponda.